

## Testresultaten 3DQ.nl:

### Masker Subea type 1 & Adapter 3DQ & Filter Pro2000

Onderdeel Face Fit Testing

#### 3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 02-04-2020

Versie: 3DQNL-114

Door: ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV  
Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV  
Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester

Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter

Testpersoon: Dennis Kierkels

#### Getest Materiaal:

	Adapter	Masker	Filter
<b>Naam</b>	3DQ	Subea type 1	Pro2000
<b>Leverancier</b>	3D Printing Limburg	Subea	AST Holland
<b>Producent</b>	3D Printing Limburg		Scott
<b>Productietechniek</b>	SLA	Onbekend	
<b>Algemene Indruk</b>	++	+-	++++
<b>Vorm lens</b>		Plat (Minder zicht)	
<b>Communicatie</b>		Goed verstaanbaar	

#### Opmerkingen

\* “+” is minimale score bij goedgekeurde set / “++++” is maximum score bij goedgekeurde set”

#### Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:

Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.

SpO2 waarde	Hartslag	Moment	Face Fit	Onderdeel
98	70	0:00	-	Start test
97	76	0:05	-	Meetmoment 1
99	86	0:10	-	Meetmoment 2
98	73	0:15	-	Start Face Fit Test
98	73	0:15	3303	Fase 1: Normal Breathing
97	71	0:17	3135	Fase 2: Deep Breathing
98	80	0:19	5300	Fase 3: Head side-to-side
97	83	0:21	2728	Fase 4: Head up-and-down
99	82	0:23	1360	Fase 5: Talk out loud
97	81	0:25	3265	Fase 6: Bending over
97	72	0:27	14678	Fase 7: Normal Breathing
98	73	0:29	-	Fase 8: Einde
98	70	0:30	-	Meetmoment 3
99	64	0:45	-	Meetmoment 4
99	63	1:00	-	Meetmoment 5

#### Conclusie:

	SpO2	Hartslag	Face Fit
<b>Hoogste waarde</b>	99	86	14678
<b>Laagste waarde</b>	97	63	1360
<b>Gemiddelde waarde</b>	98	74	3075

Saturatietest boven 95: Ja

Face Fit Test behaald: Ja **Zie Bijlage 1**

**BIJLAGE 1:**

Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

# Certificaat Face-Fit-Test **ASDESK**

**FIT TEST REPORT**

03/04/2020

<b>ID NUMBER</b>	1		
<b>LAST NAME</b>	KIERKELS	<b>CUSTOM1</b>	
<b>FIRST NAME</b>	DENNIS	<b>CUSTOM2</b>	
<b>COMPANY</b>		<b>CUSTOM3</b>	
<b>LOCATION</b>		<b>CUSTOM4</b>	
<b>TEST DATE</b>	03/04/2020 00:00	<b>PORTACOUNT SIN</b>	8030150207
<b>DUE DATE</b>	03/04/2021	<b>N95 COMPANION</b>	N
<b>RESPIRATOR</b>	SUBEA EASYBREATH INCL. LIMBO ADAPTER [100]	<b>PROTOCOL</b>	HSE 282GB (UK ONLY)
<b>MANUFACTURER</b>	SUBEA	<b>PASS LEVEL</b>	100
<b>MODEL</b>	EASYBREATH		
<b>MASK STYLE</b>	INCL. LIMBO ADAPTER	<b>APPROVAL</b>	YES
<b>MASK SIZE</b>	ML	<b>EFFICIENCY-99%</b>	False

<u>EXERCISE</u>	<u>DURATION (sec)</u>	<u>FIT FACTOR</u>	<u>PASS</u>
NORMAL BREATHING	80	3303	Y
DEEP BREATHING	80	3135	Y
HEAD SIDE TO SIDE	80	5300	Y
HEAD UP AND DOWN	80	2728	Y
TALK OUT LOUD	80	1380	Y
BENDING OVER	80	3285	Y
NORMAL BREATHING	80	14675	Y
<b>OVERALL FF</b>		<b>3075</b>	<b>Y</b>

**FIT TEST OPERATOR** \_\_\_\_\_ **DATE** \_\_\_\_\_  
D. JANSSEN

**NAME** \_\_\_\_\_ **DATE** \_\_\_\_\_  
DENNIS KIERKELS

Note: INCLUDING 3DQ SET



VEILIG IN ELKE VEZEL

**Respirator Fit Test Card**

Name: DENNIS KIERKELS Test Date: 03/04/2020  
ID: 1 Next Test Date: 03/04/2021

**Respirator**


Mfg: SUBEA Overall FF: 3075  
Model: EASYBREATH FF Pass Level: 100  
Style: INCL. LIMBO ADAP... Pass: Y  
Size: ML Operator: D. JANSSEN

**Results**

Protocol: HSE 282GB (UK ONLY)

Fit Test Method: QNFT using TSI PortaCount

Asdesk BV



Asdesk BV - Postbus 7098 - 3980 AB Panningen - Tel. 077-3746275 - info@asdesk.nl - www.asdesk.nl  
Bezoekadres : Kerkstraat 47, 3981 CE Panningen

**BIJLAGE 2: Foto-Impressie**