

Testresultaten 3DQ.nl:

Masker Atlantis X10 & Adapter Amilco & Filter Pro2000

Onderdeel Face Fit Testing

3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 13-04-2020

Versie: 3DQNL-114

Door: ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV
Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV
Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester

Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter

Testpersoon: Gerald Scheres

Getest Materiaal:

	Adapter	Masker	Filter
Naam	Amilco	Atlantis X10	Pro2000
Leverancier	Amilco	Pacific dive	AST Holland
Producent	Amilco	Onbekend	Scott
Productietechniek	Gefreesd		
Algemene Indruk	+++	+-	++++
Vorm lens		Vlak (Minder zicht)	
Communicatie		Duidelijk	
Opmerkingen		Pasvorm zit zeer goed	

* “+” is minimale score bij goedgekeurde set / “++++” is maximum score bij goedgekeurde set”

Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:

Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.

SpO2 waarde	Hartslag	Moment	Face Fit	Onderdeel
99	52	0:00	-	Start test
98	48	0:05	-	Meetmoment 1
100	51	0:10	-	Meetmoment 2
99	52	0:15	-	Start Face Fit Test
99	52	0:15	262578	Fase 1: Normal Breathing
99	58	0:17	209902	Fase 2: Deep Breathing
98	46	0:19	250560	Fase 3: Head side-to-side
97	44	0:21	254214	Fase 4: Head up-and-down
97	44	0:23	33070	Fase 5: Talk out loud
99	57	0:25	174091	Fase 6: Bending over
99	48	0:27	244178	Fase 7: Normal Breathing
100	49	0:29	-	Fase 8: Einde
99	48	0:30	-	Meetmoment 3
98	49	0:45	-	Meetmoment 4
99	49	1:00	-	Meetmoment 5

Conclusie:

	SpO2	Hartslag	Face Fit
Hoogste waarde	100	52	262578
Laagste waarde	97	44	33070
Gemiddelde waarde	99	50	123730

Saturatietest boven 95: Ja

Face Fit Test behaald: Ja **Zie Bijlage 1**

BIJLAGE 1:
 Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

Certificaat Face-Fit-Test **ASDESK**

FIT TEST REPORT

13/04/2020

ID NUMBER	1	CUSTOM1	
LAST NAME	SCHERES	CUSTOM2	
FIRST NAME	GERALD	CUSTOM3	
COMPANY		CUSTOM4	
LOCATION			
TEST DATE	13/04/2020 12:47	PORTACOUNT S/N	8030150207
DUE DATE	13/04/2021	N95 COMPANION	N
RESPIRATOR	ATLANTIS X10 AMILCO [1000]	PROTOCOL	HSE 282/28 (UK ONLY)
MANUFACTURER	ATLANTIS	PASS LEVEL	1000
MODEL	X10	APPROVAL	
MASK STYLE	AMILCO	EFFICIENCY<99%	False
MASK SIZE	SM		

<u>EXERCISE</u>	<u>DURATION (sec)</u>	<u>FIT FACTOR</u>	<u>PASS</u>
NORMAL BREATHING	80	252578	Y
DEEP BREATHING	80	209902	Y
HEAD SIDE TO SIDE	80	250560	Y
HEAD UP AND DOWN	80	254214	Y
TALK OUT LOUD	80	33070	Y
BENDING OVER	80	174091	Y
NORMAL BREATHING	80	244178	Y
OVERALL FF		123730	Y

FIT TEST OPERATOR	_____	DATE	_____
	D JANSSEN		
NAME	_____	DATE	_____
	GERALD SCHERES		

Note: PRO 2000 FILTER



VEILIG IN ELHE VEZEL

Respirator Fit Test Card

Name: GERALD SCHERES	Test Date: 13/04/2020
ID: 1	Next Test Date: 13/04/2021
<u>Respirator</u>	<u>Results</u>
Mfg: ATLANTIS	Overall FF: 123730
Model: X10	FF Pass Level: 1000
Style: AMILCO	Pass: Y
Size: SM	Operator: D JANSSEN
Protocol: HSE 282/28 (UK ONLY)	
Fit Test Method: QNFT using TSI PortaCount	
Asdesk BV	



Asdesk BV - Postbus 7098 - 5980 AB Panningen - Tel. 077-3746273 - info@asdesk.nl - www.asdesk.nl
 Bezoekadres : Kerkstraat 47, 5981 CE Panningen

BIJLAGE 2: Foto-Impressie

