

Testresultaten 3DQ.nl:

Masker Atlantis & Adapter MetalSub & Filter Pro2000

Onderdeel Face Fit Testing

3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 13-04-2020

Versie: 3DQNL-114

Door: ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV
Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV
Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester

Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter

Testpersoon: Gerald Scheres

Getest Materiaal:

	Adapter	Masker	Filter
Naam	Amilco	Atlantis	Pro2000
Leverancier	Amilco	Amilco / Pacific Dive	AST Holland
Producent	MetalSub	Onbekend	Scott
Productietechniek	Gefreesd	N.v.t.	N.v.t.
Algemene Indruk	+++	+-	++++
Vorm lens		Bol (goed zicht)	
Communicatie		Zeer beperkt	

Opmerkingen

* “+” is minimale score bij goedgekeurde set / “++++” is maximum score bij goedgekeurde set”

Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:

Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.

SpO2 waarde	Hartslag	Moment	Face Fit	Onderdeel
100	54	0:00	-	Start test
98	55	0:05	-	Meetmoment 1
98	56	0:10	-	Meetmoment 2
99	55	0:15	-	Start Face Fit Test
98	60	0:15	19854	Fase 1: Normal Breathing
99	53	0:17	29939	Fase 2: Deep Breathing
100	57	0:19	17328	Fase 3: Head side-to-side
98	56	0:21	2765	Fase 4: Head up-and-down
98	62	0:23	2402	Fase 5: Talk out loud
97	61	0:25	21863	Fase 6: Bending over
99	66	0:27	22032	Fase 7: Normal Breathing
98	54	0:29	-	Fase 8: Einde
98	56	0:30	-	Meetmoment 3
99	58	0:45	-	Meetmoment 4
99	59	1:00	-	Meetmoment 5

Conclusie:

	SP02	Hartslag	Face Fit
Hoogste waarde	100	66	29939
Laagste waarde	97	53	2402
Gemiddelde waarde	98,5	58,3	6928

Saturatietest boven 95: Ja

Face Fit Test behaald: Ja **Zie Bijlage 1**

BIJLAGE 1:

Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

Certificaat Face-Fit-Test **ASDESK**

FIT TEST REPORT
13/04/2020

ID NUMBER	1		
LAST NAME	SCHERES	CUSTOM1	
FIRST NAME	GERALD	CUSTOM2	
COMPANY		CUSTOM3	
LOCATION		CUSTOM4	
TEST DATE	13/04/2020 10:23	PORTACOUNT SIN	8030150207
DUE DATE	13/04/2021	N95 COMPANION	N
RESPIRATOR	ATLANTIS ATLANTIS SNORKELMASKER [1000]	PROTOCOL	HSE 28028 (UK ONLY)
MANUFACTURER	ATLANTIS	PASS LEVEL	1000
MODEL	ATLANTIS		
MASK STYLE	SNORKELMASKER	APPROVAL	
MASK SIZE	ML	EFFICIENCY-99%	False

<u>EXERCISE</u>	<u>DURATION (sec)</u>	<u>FIT FACTOR</u>	<u>PASS</u>
NORMAL BREATHING	80	19854	Y
DEEP BREATHING	80	29939	Y
HEAD SIDE TO SIDE	80	17328	Y
HEAD UP AND DOWN	80	2765	Y
TALK OUT LOUD	80	2402	Y
BENDING OVER	80	21863	Y
NORMAL BREATHING	80	22032	Y
OVERALL FF		6508	Y

FIT TEST OPERATOR _____ DATE _____
D JANSSEN

NAME _____ DATE _____
GERALD SCHERES

Note: ATLANTIS METALSUB PRO2000



VELIG IN ELKE VEZEL

Respirator Fit Test Card

Name: GERALD SCHERES	Test Date: 13/04/2020
ID: 1	Next Test Date: 13/04/2021
Respirator	Results
Mfg: ATLANTIS	Overall FF: 6508
Model: ATLANTIS	FF Pass Level: 1000
Style: SNORKELMASKER	Pass: Y
Size: ML	Operator: D JANSSEN
Protocol: HSE 28028 (UK ONLY)	
Fit Test Method: QNFT using TSI PortaCount	
Asdesk BV	



Asdesk BV - Postbus 7098 - 3980 AB Panningen - Tel. 077-3746275 - info@asdesk.nl - www.asdesk.nl
Bezoekadres : Kerkstraat 47, 3981 CE Panningen

BIJLAGE 2: Foto-Impressie

