

Testresultaten 3DQ.nl:

Masker Atlantis Bright Blue & Adapter Amilco & Filter Pro2000

Onderdeel Face Fit Testing

3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 13-04-2020

Versie: 3DQNL-114

Door: ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV
Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV
Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester

Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter

Testpersoon: Gerald Scheres

Getest Materiaal:

	Adapter	Masker	Filter
Naam	Amilco	Atlantis 2.0 Bright Blue	Pro2000
Leverancier	Amilco	Pacific Dive	AST Holland
Producent	Amilco	Onbekend	Scott
Productietechniek	Gefreesd		
Algemene Indruk	+++	++	++++
Vorm lens		Bol, meer overzicht	
Communicatie		Duidelijk verstaanbaar	

Opmerkingen

* “+” is minimale score bij goedgekeurde set / “++++” is maximum score bij goedgekeurde set”

Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:

Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.

SpO2 waarde	Hartslag	Moment	Face Fit	Onderdeel
98	60	0:00	-	Start test
99	57	0:05	-	Meetmoment 1
98	58	0:10	-	Meetmoment 2
98	60	0:15	-	Start Face Fit Test
98	63	0:15	42551	Fase 1: Normal Breathing
100	58	0:17	166104	Fase 2: Deep Breathing
98	57	0:19	6961	Fase 3: Head side-to-side
97	54	0:21	41938	Fase 4: Head up-and-down
98	52	0:23	44591	Fase 5: Talk out loud
97	58	0:25	112557	Fase 6: Bending over
98	54	0:27	44178	Fase 7: Normal Breathing
98	54	0:29	-	Fase 8: Einde
99	56	0:30	-	Meetmoment 3
98	52	0:45	-	Meetmoment 4
100	56	1:00	-	Meetmoment 5

Conclusie:

	SpO2	Hartslag	Face Fit
Hoogste waarde	100	63	166104
Laagste waarde	97	52	6961
Gemiddelde waarde	98	57	27892

Saturatietest boven 95: Ja

Face Fit Test behaald: Ja **Zie Bijlage 1**

BIJLAGE 1:
 Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

Certificaat Face-Fit-Test **ASDESK**

FIT TEST REPORT

13/04/2020

ID NUMBER	1		
LAST NAME	SCHERES	CUSTOM1	
FIRST NAME	GERALD	CUSTOM2	
COMPANY		CUSTOM3	
LOCATION		CUSTOM4	
TEST DATE	13/04/2020 14:25	PORTACOUNT SIN	8030150207
DUE DATE	13/04/2021	N95 COMPANION	N
RESPIRATOR	ATLANTIS 2.0 BRIGHT BLUE AMILCO [1000]	PROTOCOL	HSE 282/28 (UK ONLY)
MANUFACTURER	ATLANTIS	PASS LEVEL	1000
MODEL	2.0 BRIGHT BLUE		
MASK STYLE	AMILCO	APPROVAL	
MASK SIZE	L	EFFICIENCY>99%	False

<u>EXERCISE</u>	<u>DURATION (sec)</u>	<u>FIT FACTOR</u>	<u>PASS</u>
NORMAL BREATHING	80	42551	Y
DEEP BREATHING	80	156104	Y
HEAD SIDE TO SIDE	80	6961	Y
HEAD UP AND DOWN	80	41938	Y
TALK OUT LOUD	80	44591	Y
BENDING OVER	80	112557	Y
NORMAL BREATHING	80	44178	Y
OVERALL FF		27892	Y

FIT TEST OPERATOR	_____	DATE	_____
	D. JANSSEN		
NAME	_____	DATE	_____
	GERALD SCHERES		

Note: PRO 2000 FILTER



VEILIG IN ELZE VEZEL

Respirator Fit Test Card

Name: GERALD SCHERES	Test Date: 13/04/2020
ID: 1	Next Test Date: 13/04/2021
Respirator	Results
Mfg: ATLANTIS	Overall FF: 27892
Model: 2.0 BRIGHT...	FF Pass Level: 1000
Style: AMILCO	Pass: Y
Size: L	Operator: D. JANSSEN
Protocol: HSE 282/28 (UK ONLY)	
Fit Test Method: QNFT using TSI PortaCount	
Asdesk BV	



Asdesk BV - Postbus 7098 - 5980 AB Panningen - Tel. 077-3746273 - info@asdesk.nl - www.asdesk.nl
 Bezoekadres : Kerckstrat 47, 5981 CE Panningen

BIJLAGE 2: Foto-Impressie

