

Testresultaten 3DQ.nl:

Masker Tusa & Adapter Ocean Reef & Filter Pro2000 – Uitademen over filter

Onderdeel Face Fit Testing

3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 11-04-2020
 Testnr: 3DQNL-089
 Door: ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV
 Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV
 Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester
 Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter
 Testpersoon: Dennis Kierkels

Getest Materiaal:

	Adapter	Masker	Filter
Naam	Ocean Reef Adapter	Tusa	Scott P3 Pro2000
Leverancier	Pacific Diving Reeuwijk	Pacific Diving Reeuwijk	AST Holland
Producent	Ocean Reef	Ocean Reef	Scott Safety
Productietechniek	sputgiet	Dive	Pro
Algemene Indruk*	+++	+++	++++
Vorm lens		Plat	
Communicatie		Goed	

Opmerkingen

* “+” is minimale score bij goedgekeurde set / “++++” is maximum score bij goedgekeurde set”

Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:

Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.

SpO2 waarde	Hartslag	Moment	Face Fit	Onderdeel
97	88	0:00	-	Start test
97	89	0:05	-	Meetmoment 1
97	92	0:10	-	Meetmoment 2
97	97	0:15	-	Start Face Fit Test
98	86	0:15	33971	Fase 1: Normal Breathing
97	94	0:17	58577	Fase 2: Deep Breathing
97	92	0:19	8906	Fase 3: Head side-to-side
96	90	0:21	34310	Fase 4: Head up-and-down
95	92	0:23	3513	Fase 5: Talk out loud
97	85	0:25	17239	Fase 6: Bending over
98	86	0:27	165748	Fase 7: Normal Breathing
		0:29	-	Fase 8: Einde
		0:30	-	Meetmoment 3
		0:45	-	Meetmoment 4
		1:00	-	Meetmoment 5

Conclusie:

	SPO2	Hartslag	Face Fit
Hoogste waarde	98	97	165748
Laagste waarde	95	85	3513
Gemiddelde waarde	97	90	13045

Saturatietest behaald: Ja
 Face Fit Test behaald: Ja **(ZIE BIJLAGE 1)**

BIJLAGE 1:
 Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

Certificaat Face-Fit-Test **ASDESK**

FIT TEST REPORT

13/04/2020

ID NUMBER	1		
LAST NAME	KIERKELS	CUSTOM1	
FIRST NAME	DENNIS	CUSTOM2	
COMPANY		CUSTOM3	
LOCATION		CUSTOM4	
TEST DATE	13/04/2020 11:31	PORTACOUNT BIN	8030150207
DUE DATE	13/04/2021	N95 COMPANION	N
RESPIRATOR	OCEAN REEF TUSA OR ADAPTER EX MEMBRAAN [1000]	PROTOCOL	HSE 282/28 (UK ONLY)
MANUFACTURER	OCEAN REEF	PASS LEVEL	1000
MODEL	TUSA		
MASK STYLE	OR ADAPTER EX MEMBRAAN	APPROVAL	
MASK SIZE	ML	EFFICIENCY<99%	False

<u>EXERCISE</u>	<u>DURATION (sec)</u>	<u>FIT FACTOR</u>	<u>PASS</u>
NORMAL BREATHING	80	33971	Y
DEEP BREATHING	80	58577	Y
HEAD SIDE TO SIDE	80	8906	Y
HEAD UP AND DOWN	80	34310	Y
TALK OUT LOUD	80	3513	Y
BENDING OVER	80	17239	Y
NORMAL BREATHING	80	165748	Y
OVERALL FF		13045	Y

FIT TEST OPERATOR: _____ DATE: _____
 D JANSSEN

NAME: _____ DATE: _____
 DENNIS KIERKELS

Note:



VEILIG IN ELKE VEZEL

Respirator Fit Test Card

Name: DENNIS KIERKELS	Test Date: 13/04/2020
ID: 1	Next Test Date: 13/04/2021
<u>Respirator</u>	<u>Results</u>
Mfg: OCEAN REEF	Overall FF: 13045
Model: TUSA	FF Pass Level: 1000
Style: OR ADAPTER EX...	Pass: Y
Size: ML	Operator: D JANSSEN
Protocol: HSE 282/28 (UK ONLY)	
Fit Test Method: QNFT using TSI PortaCount	
Asdesk BV	



Asdesk BV - Postbus 7098 - 3980 AB Panningen - Tel. 077-3746273 - info@asdesk.nl - www.asdesk.nl
 Bezoekadres : Kerktstraat 47, 3981 CE Panningen

BIJLAGE 2: Foto-Impressie

