

Testresultaten 3DQ.nl:

Masker Tusa & Adapter Ocean Reef & Filter Pro2000

Onderdeel Face Fit Testing

3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 11-04-2020
 Testnr: 3DQNL-089
 Door: ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV
 Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV
 Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester
 Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter
 Testpersoon: Dennis Kierkels

Getest Materiaal:

	Adapter	Masker	Filter
Naam	Ocean Reef Adapter	Tusa	Scott P3 Pro2000
Leverancier	Pacific Diving Reeuwijk	Pacific Diving Reeuwijk	AST Holland
Producent	Ocean Reef	Ocean Reef	Scott Safety
Productietechniek	sputgiet	Dive	Pro
Algemene Indruk*	+++	+++	++++
Vorm lens		Plat	
Communicatie		Goed	

Opmerkingen

* “+” is minimale score bij goedgekeurde set / “++++” is maximum score bij goedgekeurde set”

Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:

Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.

SpO2 waarde	Hartslag	Moment	Face Fit	Onderdeel
97	92	0:00	-	Start test
97	93	0:05	-	Meetmoment 1
97	91	0:10	-	Meetmoment 2
97	92	0:15	-	Start Face Fit Test
97	92	0:15	62273	Fase 1: Normal Breathing
98	92	0:17	41492	Fase 2: Deep Breathing
98	96	0:19	26043	Fase 3: Head side-to-side
96	91	0:21	16877	Fase 4: Head up-and-down
96	92	0:23	4630	Fase 5: Talk out loud
97	88	0:25	29390	Fase 6: Bending over
97	88	0:27	67033	Fase 7: Normal Breathing
98	89	0:29	-	Fase 8: Einde
97	90	0:30	-	Meetmoment 3
97	92	0:45	-	Meetmoment 4
97	90	1:00	-	Meetmoment 5

Conclusie:

	SPO2	Hartslag	Saturatie
Hoogste waarde	98	96	67033
Laagste waarde	96	88	4630
Gemiddelde waarde	97	91	17383

Saturatietest behaald: Ja
 Face Fit Test behaald: Ja **(ZIE BIJLAGE 1)**

BIJLAGE 1:
Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

Certificaat Face-Fit-Test **ASDESK**

FIT TEST REPORT

11/04/2020

ID NUMBER	1		
LAST NAME	KIERKELS	CUSTOM1	
FIRST NAME	DENNIS	CUSTOM2	
COMPANY		CUSTOM3	
LOCATION		CUSTOM4	
TEST DATE	11/04/2020 17:15	PORTACOUNT S/N	8030150207
DUE DATE	11/04/2021	NS5 COMPANION	N
RESPIRATOR	OCEAN REEF TUSA SNORKELMASKER [1000]	PROTOCOL	HSE 282/28 (UK ONLY)
MANUFACTURER	OCEAN REEF	PASS LEVEL	1000
MODEL	TUSA		
MASK STYLE	SNORKELMASKER	APPROVAL	
MASK SIZE	ML	EFFICIENCY<99%	False

<u>EXERCISE</u>	<u>DURATION (sec)</u>	<u>FIT FACTOR</u>	<u>PASS</u>
NORMAL BREATHING	80	62273	Y
DEEP BREATHING	80	41492	Y
HEAD SIDE TO SIDE	80	26043	Y
HEAD UP AND DOWN	80	16877	Y
TALK OUT LOUD	80	4630	Y
BENDING OVER	80	29390	Y
NORMAL BREATHING	80	67033	Y
OVERALL FF		17383	Y

FIT TEST OPERATOR	_____	DATE	_____
	D JANSSEN		
NAME	_____	DATE	_____
	DENNIS KIERKELS		

Note:



Respirator Fit Test Card

Name: DENNIS KIERKELS	Test Date: 11/04/2020
ID: 1	Next Test Date: 11/04/2021
Respirator	Results
Mfg: OCEAN REEF	Overall FF: 17383
Model: TUSA	FF Pass Level: 1000
Style: SNORKELMASKER	Pass: Y
Size: ML	Operator: D JANSSEN
Protocol: HSE 282/28 (UK ONLY)	
Fit Test Method: QNFT using TSI PortaCount	
Asdesk BV	



Asdesk BV - Postbus 7098 - 5980 AB Panningen – Tel. 077-3746275 – info@asdesk.nl – www.asdesk.nl
 Bezoekadres : Kerkstraat 47, 5981 CE Panningen

BIJLAGE 2: Foto-Impressie

