

## Testresultaten 3DQ.nl:

### Masker Uno & Adapter Ocean Reef & Filter Scott Pro2000

Onderdeel Face Fit Testing

#### 3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 12-04-2020

Versie: 3DQNL-114

Door: ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV  
Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV  
Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester

Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter

Testpersoon: Dennis Kierkels

#### Getest Materiaal:

	Adapter	Masker	Filter
<b>Naam</b>	Ocean Reef	Uno	Scott Pro2000
<b>Leverancier</b>	Pacific Diving Reeuwijk	Pacific Diving Reeuwijk	AST Holland
<b>Producent</b>	Ocean Reef	Ocean Reef	Scott
<b>Productietechniek</b>	Spuitgieten	Dive	
<b>Algemene Indruk</b>	+++	++	++++
<b>Vorm lens</b>		Plat	
<b>Communicatie</b>		Goed	

#### Opmerkingen

\* “+” is minimale score bij goedgekeurde set / “++++” is maximum score bij goedgekeurde set”

#### Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:

*Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.*

SpO2 waarde	Hartslag	Moment	Face Fit	Onderdeel
97	98	0:00	-	Start test
97	97	0:05	-	Meetmoment 1
97	98	0:10	-	Meetmoment 2
97	98	0:15	-	Start Face Fit Test
98	98	0:15	6572	Fase 1: Normal Breathing
98	101	0:17	5837	Fase 2: Deep Breathing
98	99	0:19	6591	Fase 3: Head side-to-side
98	104	0:21	8136	Fase 4: Head up-and-down
96	103	0:23	5846	Fase 5: Talk out loud
97	101	0:25	5602	Fase 6: Bending over
98	97	0:27	7008	Fase 7: Normal Breathing
98	99	0:29	-	Fase 8: Einde
98	98	0:30	-	Meetmoment 3
98	99	0:45	-	Meetmoment 4
98	99	1:00	-	Meetmoment 5

#### Conclusie:

	SpO2	Hartslag	Face Fit
<b>Hoogste waarde</b>	98	104	8136
<b>Laagste waarde</b>	96	97	5602
<b>Gemiddelde waarde</b>	98	99	6420

Saturatietest behaald: Ja

Face Fit Test behaald: Ja **Zie Bijlage 1**

**BIJLAGE 1:**

Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

# Certificaat Face-Fit-Test



**FIT TEST REPORT**

12/04/2020

ID NUMBER	1	CUSTOM1	
LAST NAME	KIERKELS	CUSTOM2	
FIRST NAME	DENNIS	CUSTOM3	
COMPANY		CUSTOM4	
LOCATION			
TEST DATE	12/04/2020 13:15	PORTACOUNT S/N	8030150207
DUE DATE	12/04/2021	N95 COMPANION	N
RESPIRATOR	OCEAN REEF UNO OCEAN REEF ADAPTER [1000]	PROTOCOL	HSE 282/28 (UK ONLY)
MANUFACTURER	OCEAN REEF	PASS LEVEL	1000
MODEL	UNO	APPROVAL	
MASK STYLE	OCEAN REEF ADAPTER	EFFICIENCY<99%	False
MASK SIZE	ML		

<u>EXERCISE</u>	<u>DURATION (sec)</u>	<u>FIT FACTOR</u>	<u>PASS</u>
NORMAL BREATHING	80	6572	Y
DEEP BREATHING	80	5837	Y
HEAD SIDE TO SIDE	80	6591	Y
HEAD UP AND DOWN	80	8136	Y
TALK OUT LOUD	80	5846	Y
BENDING OVER	80	5602	Y
NORMAL BREATHING	80	7008	Y
OVERALL FF		6420	Y

FIT TEST OPERATOR \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
D JANSSEN

NAME \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_  
DENNIS KIERKELS

Note:



VEILIG IN ELKE VEZEL

**Respirator Fit Test Card**

Name: DENNIS KIERKELS	Test Date: 12/04/2020
ID: 1	Next Test Date: 12/04/2021
<b><u>Respirator</u></b>	<b><u>Results</u></b>
Mfg: OCEAN REEF	Overall FF: 6420
Model: UNO	FF Pass Level: 1000
Style: OCEAN REEF ADA...	Pass: Y
Size: ML	Operator: D JANSSEN
Protocol: HSE 282/28 (UK ONLY)	
Fit Test Method: QNFT using TSI PortaCount	
Asdesk BV	



Asdesk BV - Postbus 7098 - 5980 AB Panningen – Tel. 077-3746275 – info@asdesk.nl – www.asdesk.nl  
Bezoekadres : Kerkstraat 47, 5981 CE Panningen

**BIJLAGE 2: Foto-Impressie**

