

## Testresultaten 3DQ.nl:

### Masker Sea Turtle & Adapter Amilco & Filter Pro2000

Onderdeel Face Fit Testing

#### 3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 16-04-2020

Testnr: 3DQNL-225

Door: ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV  
Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV  
Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester

Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter

Testpersoon: Gerald Scheres

#### Getest Materiaal:

	Adapter	Masker	Filter
<b>Naam</b>	<b>Amilco</b>	<b>Sea Turtle</b>	<b>Scott P3 Pro2000</b>
<b>Leverancier</b>	<b>Amilco</b>		<b>AST Holland</b>
<b>Producent</b>	<b>MetalSub</b>	<b>Ocean Reef</b>	<b>Scott Safety</b>
<b>Productietechniek</b>	<b>Gefreesd</b>		
<b>Algemene Indruk*</b>	<b>+++</b>	<b>+++</b>	<b>++++</b>
<b>Vorm lens</b>		<b>Plat</b>	
<b>Communicatie</b>		<b>Goed</b>	

#### Opmerkingen

\* “+” is minimale score bij goedgekeurde set / “++++” is maximum score bij goedgekeurde set”

#### Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:

Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.

SpO2 waarde	Hartslag	Moment	Face Fit	Onderdeel
97	74	0:00	-	Start test
98	69	0:05	-	Meetmoment 1
98	68	0:10	-	Meetmoment 2
98	71	0:15	-	Start Face Fit Test
97	65	0:15	4173	Fase 1: Normal Breathing
98	76	0:17	1789	Fase 2: Deep Breathing
98	75	0:19	2923	Fase 3: Head side-to-side
97	74	0:21	6096	Fase 4: Head up-and-down
98	68	0:23	3715	Fase 5: Talk out loud
97	69	0:25	6198	Fase 6: Bending over
97	72	0:27	18197	Fase 7: Normal Breathing
97	71	0:29	-	Fase 8: Einde
97	73	0:30	-	Meetmoment 3
98	68	0:45	-	Meetmoment 4
98	69	1:00	-	Meetmoment 5

#### Conclusie:

	SpO2	Hartslag	Face Fit factor
<b>Hoogste waarde</b>	98	76	18197
<b>Laagste waarde</b>	97	65	1789
<b>Gemiddelde waarde</b>	98	71	3910

Saturatietest behaald: Ja

Face Fit Test behaald: Ja **(ZIE BIJLAGE 1)**

**BIJLAGE 1:**

Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

# Certificaat Face-Fit-Test **ASDESK**

FIT TEST REPORT


18/04/2020

ID NUMBER	1	CUSTOM1	
LAST NAME	SCHERES	CUSTOM2	
FIRST NAME	GERALD	CUSTOM3	
COMPANY		CUSTOM4	
LOCATION			
TEST DATE	16/04/2020 21:03	PORTACOUNT 3IN	3030150207
DUE DATE	16/04/2021	N95 COMPANION	N
RESPIRATOR	SEATURTTLE AMILCO PRO2000 [1000]	PROTOCOL	HSE 282/28 (UK ONLY)
MANUFACTURER	SEATURTTLE	PASS LEVEL	1000
MODEL	AMILCO	APPROVAL	YES
MASK STYLE	PRO2000	EFFICIENCY<99%	False
MASK SIZE	ML		

EXERCISE	DURATION (sec)	FIT FACTOR	PASS
NORMAL BREATHING	30	4173	Y
DEEP BREATHING	30	1789	Y
HEAD SIDE TO SIDE	30	2923	Y
HEAD UP AND DOWN	30	6096	Y
TALK OUT LOUD	30	3715	Y
BENDING OVER	30	6198	Y
NORMAL BREATHING	30	18197	Y
OVERALL FF		3910	Y

FIT TEST OPERATOR	_____	DATE	_____
	D JANSSSEN		
NAME	_____	DATE	_____
	GERALD SCHERES		

Note: PRO 2000 FILTER




VEILIG IN ELKE VEZEL

**Respirator Fit Test Card**

Name: GERALD SCHERES	Test Date: 16/04/2020
ID: 1	Next Test Date: 16/04/2021
<b>Respirator</b>	<b>Results</b>
Mfg: SEATURTTLE	Overall FF: 3910
Model: AMILCO	FF Pass Level: 1000
Style: PRO2000	Pass: Y
Size: ML	Operator: D JANSSSEN

Protocol: HSE 282/28 (UK ONLY)  
Fit Test Method: QNFT using TBi PortaCount  
Asdesk BV



Asdesk BV - Postbus 7098 - 5980 AB Panningen – Tel. 077-3746275 – info@asdesk.nl – www.asdesk.nl  
Bezoekadres : Kerkstraat 47, 5981 CE Panningen

## BIJLAGE 2: Foto-Impressie

