

Testresultaten 3DQ.nl:

Masker Subea type 1 & Adapter FDM & Filter HME

Onderdeel Face Fit Testing

3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 16-04-2020

Testnr: 3DQNL-089

Door: ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV
Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV
Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester

Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter

Testpersoon: Gerald Scheres

Getest Materiaal:

	Adapter	Masker	Filter
Naam	FDM	Subea	HME-filter
Leverancier		Decathlon	
Producent	Atlantis		Intersurgical
Productietechniek	sputgiet		
Algemene Indruk*	+	+++	+
Vorm lens		Plat	
Communicatie		Goed	

Opmerkingen

* “+” is minimale score bij goedgekeurde set / “+++” is maximum score bij goedgekeurde set”

Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:

Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.

SpO2 waarde	Hartslag	Moment	Face Fit	Onderdeel
97	68	0:00	-	Start test
96	67	0:05	-	Meetmoment 1
96	72	0:10	-	Meetmoment 2
97	75	0:15	-	Start Face Fit Test
97	68	0:15	4	Fase 1: Normal Breathing
97	64	0:17	4	Fase 2: Deep Breathing
97	66	0:19	4	Fase 3: Head side-to-side
96	75	0:21	4	Fase 4: Head up-and-down
97	77	0:23	4	Fase 5: Talk out loud
97	64	0:25	4	Fase 6: Bending over
97	71	0:27	4	Fase 7: Normal Breathing
97	71	0:29	-	Fase 8: Einde
98	68	0:30	-	Meetmoment 3
96	65	0:45	-	Meetmoment 4
97	67	1:00	-	Meetmoment 5

Conclusie:

	SpO2	Hartslag	Face Fit factor
Hoogste waarde	98	77	4
Laagste waarde	96	64	4
Gemiddelde waarde	97	69	4

Saturatietest behaald: Ja

Face Fit Test behaald: Nee **(ZIE BIJLAGE 1)**

BIJLAGE 1:
Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

Certificaat Face-Fit-Test **ASDESK**

FIT TEST REPORT

18/04/2020

ID NUMBER:	1		
LAST NAME:	SCHERES	CUSTOM1:	CUSTOM1
FIRST NAME:	GERALD	CUSTOM2:	CUSTOM2
COMPANY:		CUSTOM3:	CUSTOM3
LOCATION:		CUSTOM4:	CUSTOM4
TEST DATE:	18/04/2020 20:11	FORM ACCOUNT SW:	8000150207
DUE DATE:	18/04/2021	N95 COMPANION:	N
RESPIRATION:	SUGGA EASYBREATH FDM	PHYSIOCOL:	HSE 252/25 (UK ONLY)
HME [1]:		PASS LEVEL:	1
MANUFACTURER:	SUGGA EASYBREATH		
MODEL:	FDM		
MASK STYLE:	HME	APPROVAL:	
MASK SIZE:	ML	EFFICIENCY<95%:	False

<u>EXERCISE</u>	<u>DURATION (sec)</u>	<u>INFILTRATION</u>	<u>PASS</u>
NORMAL BREATHING	80	4	Y
DEEP BREATHING	80	4	Y
HEAD SIDE TO SIDE	80	4	Y
HEAD UP AND DOWN	80	4	Y
TALK OUT LOUD	80	4	Y
BENDING OVER	80	4	Y
NORMAL BREATHING	80	4	Y
OVERALL FF:		4	Y

FF TEST OPERATOR: _____ DATE: _____
 D JANSSEN

NAME: _____ DATE: _____
 GERALD SCHERES

Note: PRO 2000 FILTER



VEILIG IN ELKE VEZEL

Respirator Fit Test Card

Name: GERALD SCHERES	Test Date: 18/04/2020
ID: 1	Next Test Date: 18/04/2021
Respirator	Results
Mfg: SUGGA EASYBRE...	Overall FF: 4
Model: FDM	FF Pass Level: 1
Style: HME	Pass: Y
Size: ML	Operator: D JANSSEN
Protocol: HSE 252/25 (UK ONLY)	
Fit Test Method: QNFT using TSI PortaCount	
Asdesk BV	



Asdesk BV - Postbus 7098 - 5980 AB Panningen - Tel. 077-3746275 - info@asdesk.nl - www.asdesk.nl
 Bezoekadres : Kerkstraat 47, 5981 CE Panningen

BIJLAGE 2: Foto-Impressie

